

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏餐飲有限公司(臺中市)

檢驗日期：106/6/12 檢驗員：陳映如

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果 處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	勝騏餐飲-	大白菜	3	5			
2	勝騏餐飲-	冬瓜	6	9			
5	勝騏餐飲-	莧菜	4	3			
6	勝騏餐飲-	紅蘿蔔	6	3			
7	勝騏餐飲-	台芹	6	1			
8	勝騏餐飲-	木耳	7	1			
9	勝騏餐飲-	高麗菜	4	6			
10	勝騏餐飲-	小黃瓜	3	8			
11	勝騏餐飲-	薑	6	3			
12	勝騏餐飲-	金針菇	4	7			
13	勝騏餐飲-	白蘿蔔	5	7			
14	勝騏餐飲-	鳳梨	6	10			
15	勝騏餐飲-	青花菜	5	5			
16	勝騏餐飲-	豆芽菜	3	7			

單位主管：

勝騏餐飲-

- 備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥  
 2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100  
 3、AChE抑制率判定標準及處理方式：  
 (1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。  
 (2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。  
 (3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

- 4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%  
 5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏餐飲有限公司(臺中市)

檢驗日期：106/6/14 檢驗員：陳映如

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果 處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	勝騏餐飲-	有機空心菜	2	4			
2	勝騏餐飲-	小黃瓜	2	4			
3	勝騏餐飲-	絲瓜	3	3			
4	勝騏餐飲-	柳松菇	7	0			
5	勝騏餐飲-	鮑魚菇	1	3			
7	勝騏餐飲-	香菇	0	10			
8	勝騏餐飲-	紅蘿蔔	0	3			
9	勝騏餐飲-	美濃瓜	2	1			
10	勝騏餐飲-	大陸妹	4	4			
11	勝騏餐飲-	冬瓜	1	2			
12	勝騏餐飲-	油菜	0	3			
13	勝騏餐飲-	大白菜	5	0			
14	勝騏餐飲-	台芹	2	5			
15	勝騏餐飲-	甜椒	2	7			
16	勝騏餐飲-	薑	1	2			

單位主管：

勝騏餐飲-

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 3.4% (≤ 3.4.5) 者：合格。

(2) 3.5 - 4.4% (≤ 4.4.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 4.5% (> 4.4.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定 1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏餐飲有限公司(臺中市)

檢驗日期：106/6/15 檢驗員：陳映如

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬果 處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	勝騏餐飲-	四季豆	0	0			
2	勝騏餐飲-	高麗菜	1	3			
4	勝騏餐飲-	清花椰菜	1	2			
5	勝騏餐飲-	豆芽菜	1	2			
6	勝騏餐飲-	結頭菜	1	3			
7	勝騏餐飲-	青江菜	1	3			
8	勝騏餐飲-	杏鮑菇	2	1			
9	勝騏餐飲-	紅蘿蔔	1	5			
10	勝騏餐飲-	A菜	1	3			
11	勝騏餐飲-	薑	4	1			
12	勝騏餐飲-	台芹	1	5			
13	勝騏餐飲-	白蘿蔔	4	6			
14	勝騏餐飲-	蘋果	2	9			
15	勝騏餐飲-	鳳梨	7	8			
16	勝騏餐飲-	九層塔	5	4			

單位主管：

勝騏餐飲-

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 3.4% (≤ 3.4.5) 者：合格。

(2) 3.5 - 4.4% (≤ 4.4.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 4.5% (> 4.4.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定 1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

