

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

衛人賞龐繼群

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/11/05 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

| 編號 | 樣品來源             | 檢驗品項<br>(規格/註記) | AChE抑制率(%) |     |     |     | 工作概況及含毒蔬果處理情形 |
|----|------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|---------------|
|    |                  |                 | 初驗         |     | 複驗  |     |               |
|    |                  |                 | 無溴水        | 加溴水 | 無溴水 | 加溴水 |               |
| 1  | 謝維風              | 紅蘿蔔             | 3          | 5   |     |     |               |
| 2  | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 白蘿蔔             | 2          | 4   |     |     |               |
| 3  | 游明墩              | 馬鈴薯             | 4          | 1   |     |     |               |
| 6  | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 台芹              | 2          | 4   |     |     |               |
| 7  | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 西洋芹             | 4          | 6   |     |     |               |
| 8  | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 大黃瓜             | 3          | 2   |     |     |               |
| 9  | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 小黃瓜             | 2          | 0   |     |     |               |
| 10 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 蒲瓜              | 4          | 1   |     |     |               |
| 11 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 冬瓜              | 4          | 0   |     |     |               |
| 12 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 南瓜              | 6          | 7   |     |     |               |
| 13 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 地瓜              | 6          | 5   |     |     |               |
| 14 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 苦瓜              | 5          | 6   |     |     |               |
| 15 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 青椒              | 6          | 3   |     |     |               |
| 16 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 紅甜椒             | 2          | 1   |     |     |               |
| 17 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 黃甜椒             | 5          | 3   |     |     |               |
| 18 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 番茄              | 6          | 5   |     |     |               |
| 19 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 茄子              | 4          | 2   |     |     |               |
| 20 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 川七              | 5          | 1   |     |     |               |
| 21 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 山藥              | 6          | 4   |     |     |               |
| 22 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 芋頭              | 3          | 2   |     |     |               |
| 23 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 甜豆              | 2          | 7   |     |     |               |
| 24 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 長豆              | 2          | 5   |     |     |               |
| 25 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 四季豆             | 1          | 3   |     |     |               |

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位

以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝騏公司(臺中市)

檢驗日期：108/11/07 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

| 編號 | 樣品來源             | 檢驗品項<br>(規格/註記) | AChE抑制率(%) |     |     |     | 工作概況及含毒蔬果處理情形 |
|----|------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|---------------|
|    |                  |                 | 初驗         |     | 複驗  |     |               |
|    |                  |                 | 無溴水        | 加溴水 | 無溴水 | 加溴水 |               |
| 26 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 四季豆             | 3          | 3   |     |     |               |
| 27 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 玉米筍             | 0          | 1   |     |     |               |
| 28 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 菱角              | 1          | 4   |     |     |               |
| 29 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 香菜              | 4          | 6   |     |     |               |
| 31 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 九層塔             | 6          | 2   |     |     |               |
| 32 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 小豆苗             | 3          | 1   |     |     |               |
| 33 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 辣椒              | 7          | 5   |     |     |               |
| 34 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 蘆筍              | 6          | 5   |     |     |               |
| 36 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 美生菜             | 6          | 6   |     |     |               |
| 37 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 茭白筍             | 6          | 6   |     |     |               |
| 38 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 絲瓜              | 4          | 5   |     |     |               |
| 39 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 蒜苗              | 3          | 2   |     |     |               |
| 40 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 筍               | 1          | 3   |     |     |               |
| 41 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 薑               | 4          | 6   |     |     |               |
| 43 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 高麗菜             | 3          | 5   |     |     |               |
| 44 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 大白菜             | 1          | 2   |     |     |               |
| 45 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 地瓜葉             | 5          | 3   |     |     |               |
| 46 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 青江菜             | 5          | 4   |     |     |               |
| 47 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 小白菜             | 2          | 2   |     |     |               |
| 48 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 皇宮              | 4          | 4   |     |     |               |
| 49 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 空心菜             | 0          | 3   |     |     |               |
| 50 | 廖瑞生              | 有機黑葉白菜          | 2          | 2   |     |     |               |

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：勝駿公司(臺中市)

檢驗日期：108/11/08 檢驗員：龐繼群

對照組(支)：2

首支酵素活性(abs)：

| 編號 | 樣品來源             | 檢驗品項<br>(規格/註記) | AChE抑制率(%) |     |     |     | 工作概況及含毒蔬<br>果處理情形 |
|----|------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-------------------|
|    |                  |                 | 初驗         |     | 複驗  |     |                   |
|    |                  |                 | 無溴水        | 加溴水 | 無溴水 | 加溴水 |                   |
| 56 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | 小白菜             | 2          | 5   |     |     |                   |
| 57 | 雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第146班 | A菜              | 4          | 6   |     |     |                   |
| 58 | 廖沛淇              | 有機空心菜           | 1          | 3   |     |     |                   |
| 59 | 多秊蔬果垂直農產         | 百香果             | 5          | 8   |     |     |                   |
| 60 | 多秊蔬果垂直農產         | 橘子              | 1          | 3   |     |     |                   |
| 61 | 多秊蔬果垂直農產         | 哈密瓜             | 1          | 3   |     |     |                   |
| 62 | 多秊蔬果垂直農產         | 柳丁              | 4          | 5   |     |     |                   |
| 63 | 多秊蔬果垂直農產         | 火龍果             | 5          | 3   |     |     |                   |
| 64 | 綠園生活有限公司         | 香菇              | 4          | 2   |     |     |                   |
| 65 | 有來農產行            | 金針菇             | 6          | 7   |     |     |                   |
| 66 | 有來農產行            | 杏鮑菇             | 5          | 3   |     |     |                   |
| 67 | 有來農產行            | 鴻喜菇             | 0          | 2   |     |     |                   |
| 68 | 綠園生活有限公司         | 雪白菇             | 1          | 3   |     |     |                   |
| 69 | 綠園生活有限公司         | 鮑魚菇             | 1          | 2   |     |     |                   |
| 70 | 綠園生活有限公司         | 美白菇             | 3          | 5   |     |     |                   |
| 71 | 有來農產行            | 柳松菇             | 1          | 2   |     |     |                   |
| 72 | 有來農產行            | 秀珍菇             | 0          | 2   |     |     |                   |
| 73 | 有來農產行            | 白精靈             | 3          | 3   |     |     |                   |
| 74 | 有來農產行            | 蘑菇              | 2          | 4   |     |     |                   |
| 75 | 綠園生活有限公司         | 珊瑚菇             | 1          | 3   |     |     |                   |

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%

5、請將原始資料按順序整理好，連同日報表一起裝訂保存，以利年度考核。

